

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เดียงซูป้ายชนิดสามไปร复床หน้าห้องน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและภาระครัวเมืองเดียง**

**๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เป็นเดียงนอนผู้ป่วยชนิดสามไป พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและโต๊ะครัวเมืองเดียง มีคุณสมบัติตาม  
ข้อกำหนด

**๒. คุณสมบัติทางเทคนิค**

- ๒.๑ เป็นเดียงผู้ป่วยแบบสามไป ชิบมีอยู่ทุกน้ำ
- ๒.๒ พื้นเดียงแบ่งเป็นสี่ส่วน ทำด้วยเหล็กพ่นสีเจาะรูระบายน้ำอากาศ
- ๒.๓ พานักหัวเตียงและห้ายเตียง ทำด้วยวัสดุ ABS และมีแผ่นพลาสติกสำหรับติดป้ายชื่อผู้ป่วย
- ๒.๔ มีราวกั้นเดียงแบบปีกนก น้ำหนักเบา จำนวน ๕ ชิ้น สามารถถอดออกได้
- ๒.๕ สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม
- ๒.๖ สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้ ๓ แบบ นอกเหนือจากการให้ผู้ป่วยนอนราบบนกันพื้น คือ
  - ๒.๖.๑ รูปแบบที่ ๑ ส่วนหัวสามารถปรับได้ ๐ - ๗๕ องศา
  - ๒.๖.๒ รูปแบบที่ ๒ ส่วนขาสามารถปรับได้ ๐ - ๔๐ องศา
  - ๒.๖.๓ รูปแบบที่ ๓ สามารถปรับระดับขึ้น - ลง ได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๗ ระบบห้ามล็อกเป็นแบบ Central Lock และล็อกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๕ มิลลิเมตร
- ๒.๘ ขนาดเตียง (ยาว x กว้าง x สูง) ๒๑๖๐ x ๙๘๐ x ๕๐๐ - ๗๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๙ มีเสาน้ำเกลือสำหรับแขวนสารละลายและมีทะเบียนสำหรับแขวนอุปกรณ์

**๓. อุปกรณ์ประกอบ**

- ๓.๑ โต๊ะครัวเมืองเดียง (Over bed Table) มีคุณสมบัติดังนี้
  - ๓.๑.๑ หน้าที่จะเป็นพื้นที่
  - ๓.๑.๒ โครงสร้างเป็นเหล็กเหล็อบสี
  - ๓.๑.๓ หน้าที่ใช้ขนาด ๗๕๐ x ๗๗๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๑.๔ สามารถปรับระดับ - สูงได้ ด้วยระบบ gas-spring
  - ๓.๑.๕ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก จำนวน ๔ ล้อ
- ๓.๒ ตู้ข้างเตียง (ABS Bedside Cabinet) มีคุณสมบัติดังนี้
  - ๓.๒.๑ ขนาดศูนย์ ๔๕๐ x ๕๗๐ x ๗๕๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๒.๒ โครงสร้างทำด้วยวัสดุ ABS
  - ๓.๒.๓ ตอนบนมี ๑ ลิ้นชัก
  - ๓.๒.๔ ตอนล่างเป็นประตูบานเปิดปิด ๑ บาน
- ๓.๓ ที่นอน (Folding Foam Mattress) มีคุณสมบัติดังนี้
  - ๓.๓.๑ ที่นอนแบ่งเป็น ๔ ตอน ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๓.๒ ที่นอนหุ้มด้วยวัสดุกันน้ำ

ผู้จัดทำเอกสาร: นางสาวจารุวรรณ ใจดี (ผู้จัดทำเอกสาร)  
(ลงนาม) ..... ✓ ..... ผู้รายงานผลการ  
(ลงนาม) ..... ..... ผู้รายงานผลการ  
(ลงนาม) ..... ..... ผู้รายงานผลการ

/๔. ผู้อนไฟเขียว...

๔. เมื่อไขเดพะ

- ๔.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้หรือสาธิมาก่อน
- ๔.๒ รับประทานการใช้งาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบและเมื่อถูกในระยะรับประทานหาก  
เกิดความชัดช่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำของมาเปลี่ยนให้  
ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๔.๓ ผู้ขายต้องทำการสาธิ แนะนำการใช้งานและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ  
ใช้เดพะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๔.๔ คุณภาพการใช้งาน และการดูแลรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านง่าย ๑ เล่ม/ชุด
- ๔.๕ หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖ ผู้แทนจำหน่ายจะต้องแนบแคตตาล็อกเล่มจึงเสนอใบวันอื่นของ
- ๔.๗ มีบริการหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญงานที่ได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิต เช้ามาตรวจสอบและ  
บำรุงรักษากลุ่ม ๒ เดือน ตลอดระยะเวลาที่รับประทาน

๑. ตรวจสอบว่าสินค้าที่ได้รับมีสภาพดีและครบถ้วนตามที่ระบุไว้

(ลงชื่อ) ..... ..... ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ) ..... ..... ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ) ..... ..... ผู้รับผิดชอบ