

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชื่อพัสดุ/ครุภัณฑ์ เตียงออกกำลังกาย

๒. ความต้องการ เตียงออกกำลังกาย สำหรับกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

๓. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นเตียงออกกำลังกาย

๔.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลมเคลือบสีฟ็อกซีอบแห้งกันสนิม

๕.๒ มีตาข่ายบนเพดาน หัวนอน และปลายเท้าด้านบน

๕.๓ ขนาดความยาว x สูงไม่น้อยกว่า ๒๒๐ x ๑๙๐ ซม. ความกว้างของฐานไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร

๕.๔ ส่วนบนเพดานกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร

๕.๕ มีแผงเหล็กด้านข้าง ๑ แผง

๕.๖ ส่วนเตียงทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาน้ำมัน พื้นเตียงบุด้วยฟองน้ำหนา ๒ นิ้ว หุ้มหนังเทียม

๕.๗ ขนาดของเตียง กว้าง x ยาว x สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๒๐๐ x ๕๐ ซม.

๕.๘ ชุดพยุงกล้ามเนื้อหลัง ๑ ชิ้น

๕.๘.๑ ใช้สำหรับช่วยพยุงลำตัว ลดแรงที่กระทำต่อกล้ามเนื้อหลัง

๕.๘.๒ ความกว้างสำหรับช่วงหลัง ๒๔ เซนติเมตร และความกว้างด้านหน้า ๑๘ เซนติเมตร

๕.๘.๓ ยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดี

๕.๘.๔ ผลิตจาก Striped Cotton Bandage เป็นคอมมอนคุณภาพดี สามารถใช้งานได้ยาวนาน

๕.๘.๕ ที่ด้านข้างมีแถบแนวตั้งสำหรับช่วยพยุงและส่วนปลายเป็นแถบเวลโก้สำหรับปรับให้กระชับกับร่างกาย

๖. อุปกรณ์สำหรับการแขวนและพยุง ประกอบด้วย

๖.๑ สายสลิง (แบบซิงเกิลโรพ)

จำนวน ๑๒ เส้นๆ ละ ๒ เมตร

๖.๒ ผ้าพยุงลำตัว

จำนวน ๒ ผืน (๑๑ x ๒๗ นิ้ว)

๖.๓ ผ้าพยุงขา

จำนวน ๖ ผืน (๖ x ๒๖ นิ้ว)

๖.๔ ผ้าพยุงศีรษะ

จำนวน ๒ ผืน (๘ x ๒๐ นิ้ว)

๖.๕ ผ้าสามห่วง

จำนวน ๔ เส้น (๑ ๑/๒ x ๓๖ นิ้ว)

๖.๖ สปริง ขนาด ๑๐-๒๐, ๒๑-๓๐, ๓๑-๔๐, ๔๑-๕๐ ปอนด์

จำนวน ๒ ชุด

๖.๗ ตะขอรูปตัวเอส

จำนวน ๑๒ ตัว

ลงชื่อ.....สุเมธ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เทพรัตน์.....กรรมการ

ลงชื่อ.....สุวิมล.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ศุภมาส.....กรรมการ

ลงชื่อ.....สุวิมล.....กรรมการ

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันส่งมอบของ
- ๗.๒ กรณีสินค้ามีปัญหาผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันรับแจ้ง หากต้องซ่อมเกิน ๗ วันทำการ ผู้ขายต้องจัดเครื่องสำรองมาทดแทน หากแก้ไขมาแล้ว ๒ ครั้งยังไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ ผู้ขายต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ ภายใน ๓๐ วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๓ ผู้ขายต้องมีเอกสารแสดงการรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันส่งมอบของ
- ๗.๔ ผู้ขายต้องมีใบตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองจากบริษัท
- ๗.๕ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๖ เดือน ในระยะประกันพร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่อง และศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล
- ๗.๖ มีผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มาสาธิตการใช้งานเครื่อง พร้อมการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๗ ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม
- ๗.๘ มีเอกสารหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิตว่าบริษัทผู้แทนจำหน่ายมีช่างผ่านการอบรมที่จะสามารถดูแล - บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องให้ได้
- ๗.๙ สินค้าต้องเป็นสินค้าตัวใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือการใช่มาก่อน
- ๗.๑๐ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ..... *ส.น.น.*ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... *ท.พ.น.ท.*กรรมการ
ลงชื่อ..... *ส.น.น.*กรรมการ
ลงชื่อ..... *ด.ค.น.*กรรมการ
ลงชื่อ..... *ด.ค.น.*กรรมการ